

Sosnowiec 02.01.2026

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną
polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg
na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1941), informuję,
że w jednostce organizacyjnej:

ANNA ŚCIBUT-SUROWIECKA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA

ul. Armii Krajowej 76

41-215 Sosnowiec

NIP 6443322378

Tel.: 666-639-886 e-mail: annascibut@tlen.pl

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące,
polegająca na:

- uruchamianiu pracowni rentgenowskiej stomatologicznej RTG -decyzja nr 295/2022 r. z dnia 06.07.2022- zmieniona decyzja nr 88 z dnia 03.02.2025r. w której zainstalowane są następujące typy aparatów rtg:
 - typ aparatu rtg – stomatologiczny do zdjęć punktowych Kavo Focus firmy Focus
 - typ aparatu rtg – stomatologiczny do zdjęć pantomograficznych i cefalometrycznych X-Mind Prime firmy de Götzen.
- uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące /typ aparatu rtg/ stomatologiczny aparat rtg do zdjęć punktowych typu Focus firmy KaVo- decyzja nr 296/2022 z dnia 08.07.2022
- uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące /typ aparatu rtg/ aparat rtg stomatologiczny do zdjęć pantomograficznych i cefalometrycznych typu X-Mind Prime firmy Götzen decyzja 52/2025 z dnia 03.02.2025

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej został zaliczeni do kategorii B narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie: systematycznych (kwartalnych) pomiarów dawek indywidualnych w środowisku pracy w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii. W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla pracowników.

W dniu 06.09.2024 przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatów rtg, podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325) – **Raport z pomiarów dozymetrycznych Nr raportu : 50/07/09/2024.**

Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje promieniotwórcze.